






VERBALE DI PRIMA CONSEGNA
PRECAUZIONI PER SISTEMI AD OSSIGENO LIQUIDO
Circolare del Ministero della Salute 16/02/2006

	<u>Seguire scrupolosamente le istruzioni del fornitore di ossigeno liquido</u>
	E' VIETATO FUMARE NELLO STESSO AMBIENTE NEL QUALE SI PRATICA L' OSSIGENOTERAPIA. Tenere sigarette e tabacco acceso lontani dall' apparecchiatura.
	L' APPARECCHIATURA E I RELATIVI ACCESSORI VANNO TENUTI LONTANO DA QUALSIASI SORGENTE DI CALORE e ELETTRICITA' : FONTI LUMINOSE, STUFE, FIAMME E SCINTILLE Mantenere e utilizzare l' unità stazionaria e quella portatile ad almeno 1,5 metri da qualsiasi elettrodomestico, caldaia, fuochi o fonti di calore in generale
	E' VIETATO SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO DI OSSIGENOTERAPIA CON LE MANI O IL VISO COSPARI DI UNGUENTI O POMATE O DOPO AVER MANEGGIATO UNA SUPPOSTA Oli e grasso, creme per il viso e vasellina, si infiammano facilmente in presenza di ossigeno concentrato. Non lubrificare nessuna delle parti dell' apparecchiatura. Non usare e non riporre la UB e la UP in luoghi dove sono presenti sostanze combustibili come olii, lubrificanti, spray contenenti propellenti, lozioni o solventi;
	NON CONSERVARE L' APPARECCHIATURA IN ARMADI, BAGAGLIAI O ALTRI AMBIENTI CHIUSI. Areare costantemente gli ambienti dove si pratica l' ossigenoterapia e dove viene mantenuta solitamente l' apparecchiatura
	MANTENERE ED UTILIZZARE SEMPRE L' APPARECCHIATURA IN POSIZIONE VERTICALE. Se l' unità Stazionaria o quella portatile venissero capovolte, l' ossigeno potrebbe fuoriuscire. In questo caso areare immediatamente l' ambiente ed avvertire tempestivamente il fornitore del servizio.
	NON TOCCARE MAI L' OSSIGENO LIQUIDO. L' ossigeno liquido è estremamente freddo. Alcune parti dell' apparecchiatura, se toccate, possono provocare congelamento della pelle o anche ustioni del tessuto cutaneo.
	NON TRASPORTARE L' UNITA' STAZIONARIA ED I RELATIVI ACCESSORI IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO. Il trasporto deve essere effettuato con mezzi idonei ed esclusivamente autorizzati dal fornitore del servizio
	NON MANOMETTERE, IN NESSUN MODO, L' APPARECCHIATURA. In caso di malfunzionamento, avvertire tempestivamente il fornitore del servizio. Se si fosse verificata una perdita, areare immediatamente l' ambiente avvertendo il fornitore del servizio.

	<p>NON PORRE L' UNITA' PORTATILE SOTTO GLI INDUMENTI. L' unità portatile indossata sotto gli indumenti , impregna gli stessi rendendoli altamente infiammabili.</p>
	<p>Non effettuare mai operazioni di ricarica della UP dalla UB durante l'ossigenoterapia;</p>
	<p>Qualora si verificasse un rovesciamento, rimettere l'apparecchio, immediatamente ma con cautela, in posizione verticale e contattare il fornitore;</p>
	<p>Utilizzare la UP solo quando si decide di spostarsi al di fuori della propria abitazione e, terminato il suo utilizzo, riporla in posizione verticale, su una superficie piana e pulita e MAI agganciata alla UB;</p>
	<p>Agganciare la UP alla UB solo per effettuare le operazioni di riempimento della UP</p>
	<p>Spegnere sempre la UB e la UP quando non sono in uso</p>
	<p>Non utilizzare mai la Unità Portatile (UP) per la ossigenoterapia se questa è collegata alla Unità Base (UB)</p>

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (grado di parentela) dichiara di aver ricevuto in data odierna le informazioni necessarie per il corretto e sicuro utilizzo dei sistemi di ossigenoterapia domiciliare e di aver compreso i propri doveri:

- la tenuta degli utenti al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature,
- l'assunzione della responsabilità dei danni provocati alle stesse, causate da incuria o dolo,
- l'obbligo di avvertire immediatamente il competente Servizio distrettuale dell'Azienda sanitaria in caso di ricovero ospedaliero o decesso,
- l'obbligo di avvertire preventivamente circa il trasferimento temporaneo del paziente,
- accertarsi che il dispositivo sia impostato con i parametri prescritti dal medico specialista dei centri autorizzati dalla Regione Campania o da altre Regioni . Ogni successiva modifica potrà essere effettuata solo ed esclusivamente previa formale indicazione del competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria.

DATA

Firma
